


Patientvejledning Nervus Vagus Stimulator - VNS

Du har fået foretaget:

- Nyanlæggelse af nervus vagus stimulator
- Skift af batteri/stimulator

Batteri/stimulator er testet og:

- Er startet op med tidligere indstillinger
- Stimulator skal startes op via henvisende afdeling



Du er syet:

- Med tråde der går i opløsning af sig selv
- Du skal have fjernet sting ved egen læge 10-12 dage efter operationen

Vær opmærksom på:

- Der er lagt hudfarvede plastre over såret. Disse skal side til de selv falder af. Såfremt de sidder efter 4 uger skal de fjernes. Det yderste plaster må fjernes/skiftes 24 timer efter operation
- Bad: Du må gerne gå i brusebad dagen efter, men forbindelse må ikke blive våd. Den kan føntørres
- Pas **EKSTRA** meget på såret de første uger. Der må **IKKE** pilles eller kradses i såret. Hvis du/patienten gerne vil pille i såret skal det beskyttes ekstra meget til det er helet. Benyt evt. ekstra plaster, t-shirt eller bodystocking – især om natten.
- Vær opmærksom på infektionstegn. Hvis der går infektion i såret, kan det betyde at stimulatoren skal fjernes og kan **IKKE** genanlægges
 - OBS: Ved de mindste problemer med såret (væskende, rødme, pus fra sår eller manglende heling) skal der tages direkte kontakt til Hjerne- og Rygkirurgisk Klinik på tlf.: 78454410
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 8-15, onsdag kl. 9-15 og fredag kl. 8-14
- Sportsaktiviteter må genoptages når såret er helet – som regel 4 uger efter operation